



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P1113 / 4122 sott. 56

Roma, 20 SET. 2004

-Alla CATAS S.p.A.
Via Antica, 14
33048 – SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
(Rif. nota n. 1904 del 24.5.2004)

OGGETTO: Dispositivi medici – Quesito in materia di reazione al fuoco.-

Con riferimento al quesito posto da codesta Società, si fa presente che i “dispositivi medici” non rientrano tra i prodotti soggetti alla procedura di omologazione ai fini della reazione al fuoco, dovendo gli stessi soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 93/42/CEE, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 46/97.

Si precisa altresì che, come riportato all’art. 1 del citato decreto legislativo, spetta al fabbricante classificare i propri prodotti come dispositivi medici sulla base della destinazione d’uso ad essi attribuita.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



VC/mm